

兰州大学

实验室安全隐患限期整改通知书

编号: 2023-040

物理科学与技术学院 :

学校于 2023 年 12 月 21 日实验室安全检查中发现你单位存在以下安全隐患,请举一反三,采取有效措施实施整改,不断提升实验室安全管理水平。请于 2024 年 1 月 10 日前完成整改,并将整改情况(附整改前后照片)通过兰州大学实验室巡检系统上传,并书面报实验室与设备管理处。

序号	学院/单位	实验室名称	负责人	存在隐患	隐患照片
1	物理科学与技术学院	理工楼 0107 磁电测量实验室	王建波 刘青芳	实验室做饭吃饭	
2	物理科学与技术学院	理工楼 0101 磁性材料制备实验室	史慧刚	化学品存储不当	
3	物理科学与技术学院	理工楼 1420 样品制备实验室	王涛	易制毒化学品柜未上锁,未执行双人双锁	

4	物理科学与技术学院	理工楼 0116 CVD 实验室/ 低温自旋输 运测试实验 室	杨德政	易制毒化学品未 上锁保存, 未执 行双人双锁	
				盐酸等, 未上锁, 未执行双人双锁	
5	物理科学与技术学院	理工楼 0115 样品制备实 验室	王涛	大量存放乙醇	

注：本通知书一式两份，检查单位和被检查单位各执一份。

实验室与设备管理处

2023 年 12 月 29 日